

Seite 1 von 1	PRODUKTSPEZIFIKATION	Version: 0
	PYROKONTROL® Glaspipetten; 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml	Datum: 2024-01-26

Artikel-Nummer	172001	172002	172005	172010
Volumen	1 ml	2 ml	5 ml	10 ml
Abschluss	0,01 ml	0,01 ml	0,1 ml	0,1
Beschreibung	100 µl Wasser für Injektionszwecke gemäß EP und USP			
Art des Glases	Aluminium-Borosilikat, Typ I, Klasse B, ASTM E438 - Standardspezifikation für Gläser in Laborgeräten			
Produktspezifikation	Normen - Produkt hergestellt in Übereinstimmung mit: ASTM E714* - Standardspezifikation für serologische Einwegpipetten aus Glas *Diese Spezifikation gilt für serologische Einwegpipetten aus Glas, die kalibriert sind und zur Messung des Volumens von Flüssigkeiten verwendet werden			
Volumetrische Toleranz	Volumetrische Genauigkeit bei jeder Teilung +/- 3 % der vollen Kapazität			
Tierische Inhaltsstoffe	Das Produkt enthält keine Materialien tierischen Ursprungs			
Chemische Beständigkeit	Das Glas wird auf fast allen Materialien eingesetzt, mit Ausnahme von Flusssäure, heißer Phosphorsäure und heißen alkalischen Lösungen. Alkalien bis zu 30 % können bei RT sicher verwendet werden.			
Zusammensetzung des Materials	SiO ₂ : 81% B ₂ O ₃ : 13% Na ₂ O/K ₂ O: 4% Al ₂ O ₃ : 2%			
Spezifikation Endotoxin				
Prüfmethode	- Ph. Eur. 2.6.14, Methode C - USP <85> kin. turbidimetrisch - ANSI/AAMI ST72:2019 (Bacterial endotoxins- test methods, routine monitoring and alternatives to batch testing) - USP <1225> (Validation of Compendial Procedures) - USP <1226> (Validation of Compendial Procedures)			
Spezifikation				
Volumen	1ml	2ml	5 ml	10 ml
Toleranz	< 0,001 I.E./ml* < 0,001I.E./Pipette	< 0,001 I.E./ml* < 0,001I.E./Pipette	< 0,001 I.E./ml* < 0,001I.E./Pipette	< 0,001 I.E./ml* < 0,001I.E./Pipette

*I.E./ml Testvolumen

Die Spezifikation darf auszugswise nicht ohne schriftliche Genehmigung der ACILA AG vervielfältigt werden.
 The specification must not be copied partially without the approval of ACILA AG.

ACILA AG Verwaltung & Vertrieb Headquarter & Sales Rudolf-Diesel-Strasse 32 a D 64331 Weiterstadt Vorstand: Mustafa Mentès Amtsgericht Darmstadt: HRB 54830	ACILA AG Produktion & Labor Production & Contract Laboratory Opelstrasse 14 D 64546 Mörfelden-Walldorf Ust-ID: DE111632765 St.-Nr. 07 228 05535	Bankverbindungen: Postbank: IBAN:DE90 4401 0046 0632 4024 68 BIC: PBNKDEFF Volksbank Darmstadt-Südhessen eG IBAN: DE41 5089 0000 0063 1614 03 BIC: GENODEF1VBD
---	---	--