

Seite 1 von 1	PRODUKTSPEZIFIKATION	Überarbeitung: 0
	PYROKONTROL® isotonische Natriumchloridlösung	Datum: 2024-02-05

Beschreibung	PYROKONTROL® LAL isotonische Natriumchloridlösung (NaCl 0,9 Gew.-%) - Natriumchlorid - Wasser für Injektionszwecke	
Produktspezifikation		
Artikel-Nummer	1715165	1715170
Fläschchen/Packung	10	50
Qualitätskontrolle		
- Sterilität		
Prüfmethode	Sterilitätsprüfung nach EP 2.6.1 und USP <71>	
Sterilität	keimfrei	
- Endotoxin		
Prüfmethode	- Ph. Eur. 2.6.14, Method C - USP <85> kin. turbidimetrisch - ANSI/AAMI ST72:2019 (Bacterial endotoxins- test methods, routine monitoring and alternatives to batch testing) - USP <1225> (Validation of Compendial Procedures) - USP <1226> (Verification of Compendial Procedures)	
Endotoxin-Gehalt	<0,01 I.E./ml	

Die Spezifikation darf auszugsweise nicht ohne schriftliche Genehmigung der ACILA AG vervielfältigt werden.
 The specification must not be copied partially without the approval of ACILA AG.

ACILA AG
 Verwaltung & Vertrieb
 Headquarter & Sales
 Rudolf-Diesel-Strasse 32 a
 D 64331 Weiterstadt
 Vorstand: Mustafa Mentès
 Amtsgericht Darmstadt: HRB 54830

ACILA AG
 Produktion & Labor
 Production & Contract Laboratory
 Opelstrasse 14
 D 64546 Mörfelden-Walldorf
 Ust-ID: DE111632765
 St.-Nr. 07 228 05535

Bankverbindungen:
 Postbank:
 IBAN:DE90 4401 0046 0632 4024 68
 BIC: PBNKDEFF
 Volksbank Darmstadt-Südhessen eG
 IBAN: DE41 5089 0000 0063 1614 03
 BIC: GENODEF1VBD