

Postfach / P.O. box 1162  
 D-64320 Weiterstadt  
 Telefon: +49-(0)6151-8138-0  
 Telefax: +49-(0)6151-8138-15  
 Internet: [www.acila.com](http://www.acila.com)

**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
 CERTIFICATE of CONFORMITY**

Datum der Konformität / date of conformity:	2018-01-23
Produkt / product:	<b>PYROKONTROL®          0,1 N LAL-Natronlauge /          0,1 N LAL-Sodium hydroxide solution</b>
Volumen / volume:	100 ml
Artikelnr. / product no.:	1712200
Ch.-B. / lot no.:	27053
Verfallsdatum / expiration date:	2021-12-31
Lagerung bei / storage at:	+2 °C bis +30 °C / +2 °C to +30 °C

**D:** Hiermit erklären wir, dass das o.g. Produkt den Anforderungen der EP 2.6.14. „Bacterial Endotoxins“ und der USP <85> “Bacterial Endotoxin Test” und unseren Spezifikationen entspricht.

**E:** We hereby certify, that the above mentioned product is in accordance with EP 2.6.14. “Bacterial Endotoxins” and USP <85> “Bacterial Endotoxin Test” and our specifications.

Endotoxin / endotoxin	Ergebnis/results
Prüfverfahren test method LAL-Test - Chromogenic kinetic method - Ph. Eur. 2.6.14, method D - USP <85> - ANSI/AAMI ST72:2011 (Bacterial endotoxins- test methods, routine monitoring and alternatives to batch testing) - USP <1225> (Validation of Compendial Procedures) - USP <1226> (Verification of Compendial Procedures)	entspricht / meets
Spezifikation /specification <0,01 I.E./ml / 0.01 IU/mL	

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und gilt ohne Unterschrift  
 The document has been generated electronically and is valid without a signature

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Das Zertifikat darf auszugsweise nicht ohne schriftliche Genehmigung der ACILA AG vervielfältigt werden.

The test results refer exclusively to the items tested. The certificate must not be copied partially without the approval of ACILA AG.

13. Konformitätserklärung || Revisionsdatum: 15.03.2013

O:\Konformitätserklärungen\2 Wasser und Puffer\NaOH\27053 NaOH, 0,1 N, HD-PE Flaschen, M 30793 **Tu.docx**

ACILA AG Verwaltung & Vertrieb Headquarter & Sales Rudolf-Diesel-Strasse 32 a D 64331 Weiterstadt Vorstand: Dr. Peter Weidner Amtsgericht Darnstadt: HRB 54830	ACILA AG Produktion & Labor Production & Contract Laboratory Opelstrasse 14 D 64546 Mörfelden-Walldorf Ust-ID: DE111632765 St.-Nr. 00722805525	Bankverbindungen: Postbank: IBAN:DE90 4401 0046 0632 4024 68 BIC: PBNKDEFF Volksbank Darmstadt-Südhessen eG IBAN: DE41 5089 0000 0063 1614 03 BIC: GENODEF1VBD
--	--	--