

Postfach / P.O. box 1162
 D-64320 Weiterstadt
 Telefon: +49-(0)6151-8138-0
 Telefax: +49-(0)6151-8138-15
 Internet: www.acila.com

**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
 CERTIFICATE of CONFORMITY**

| | |
|---------------------------|--|
| Datum / date: | 2019-10-15 |
| Produkt / product: | PYROKONTROL® Mikrotiterplatte Microtiterplate |
| Artikelnr. / product no.: | 1450400 / 1450410 |
| Ch.-B. / lot no.: | 27696 |
| retest-date: | 2023-09-30 |

D: Hiermit bestätigen wir, dass die auf dem Etikett vermerkte Charge unseren Spezifikationen. Die Platten sind steril, frei von störenden Endotoxinen und β -(1,3)-D-Glucanen.

E: We hereby certify, that the labelled lot number is in accordance with our specifications. The plates are sterile, free of interfering endotoxins and β -(1,3)-D-glucans.

| | | |
|--|---|---|
| Endotoxin / endotoxin Prüfverfahren test method | Bacterial Endotoxins: Kinetisch-Chromogen-Peptid Methode / kinetic-chromogen-peptide method - EP 2.6.14 Photometric techniques method D - USP <85>) Photometric techniques - | |
| Bacterial endotoxins | <u>Spezifikation / specification</u> < 0,005 I.E./ mL < 0,005 I.U./mL | <u>Ergebnis /result</u> Entspricht / meets |
| β-(1-3)-D-Glukane / Glucans | < 5 pg/mL | |
| Sterilität / sterility Sterilisationsverfahren sterilisation method | gammasterilisiert (25 kGy) gamma-irradiation-sterilized (25 kGy) | |

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und gilt ohne Unterschrift
 The document has been generated electronically and is valid without a signature

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Das Zertifikat darf auszugsweise nicht ohne schriftliche Genehmigung der ACILA AG vervielfältigt werden.

The test results refer exclusively to the items tested. The certificate must not be copied partially without the approval of ACILA AG.

13. Konformitätserklärung || Revisionsdatum: 15.12.2016

O:\Konformitätserklärungen\6 Pipetten, Spitzen und andere Hilfsmittel\Pyrokontrol Mikrotiterplatte\27696 Mikrotiterplatte M 34676.doc

| | | |
|--|--|--|
| ACILA AG Verwaltung & Vertrieb Headquarter & Sales Rudolf-Diesel-Strasse 32 a D 64331 Weiterstadt Vorstand: Dr. Peter Weidner Amtsgericht Darnstadt: HRB 54830 | ACILA AG Produktion & Labor Produktion & Contract Laboratory Opelstrasse 14 D 64546 Mörfelden-Walldorf Ust-ID: DE111632765 St.-Nr. 00722805525 | Bankverbindungen: Postbank: 632 402 468 (BLZ 440 100 46) IBAN:DE90 44010 04606 32402 468 BIC: PBNKDEFF Volksbank Darmstadt-Südhessen EG IBAN: DE41 5089 0000 0063 1614 03 BIC: GENODEF1VBD |
|--|--|--|