

Postfach / P.O. box 1162
 D-64320 Weiterstadt
 Telefon: +49-(0)6151-8138-0
 Telefax: +49-(0)6151-8138-15
 Internet: www.acila.com

**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
 CERTIFICATE of CONFORMITY**

Datum der Konformität / date of conformity:	2023-07-21
Produkt / product:	PYROKONTROL® 1 N LAL-Natronlauge / 1 N LAL-Sodium hydroxide solution
Volumen / volume:	100 ml
Artikelnr. / product no.:	1712210
Ch.-B. / lot no.:	29177
Verfallsdatum / expiration date:	2027-06-30
Lagerung bei / storage at:	+2 °C bis +30 °C / +2 °C to +30 °C

D: Hiermit erklären wir, dass das o.g. Produkt den Anforderungen der EP 2.6.14. „Bacterial Endotoxins“ und der USP <85> “Bacterial Endotoxin Test” und unseren Spezifikationen entspricht.

E: We hereby certify, that the above mentioned product is in accordance with EP 2.6.14. “Bacterial Endotoxins” and USP <85> “Bacterial Endotoxin Test” and our specifications.

Endotoxin / endotoxin		Ergebnis/results
Prüfverfahren test method	kinetisch-turbidimetrisch LAL-Test kinetic turbidimetric LAL-test - Ph. Eur. 2.6.14, Method C - USP <85> - ANSI/AAMI ST72:2019 (Bacterial endotoxins- test methods, routine monitoring and alternatives to batch testing) - USP <1225> (Validation of Compendial Procedures) - USP <1226> (Verification of Compendial Procedures)	
<u>Spezifikation /specification</u>	<0,05 I.E./ml / 0.05 IU/mL	entspricht / meets

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und gilt ohne Unterschrift
 The document has been generated electronically and is valid without a signature

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Das Zertifikat darf auszugsweise nicht ohne schriftliche Genehmigung der ACILA AG vervielfältigt werden.

The test results refer exclusively to the items tested. The certificate must not be copied partially without the approval of ACILA AG.

13. Konformitätserklärung || Revisionsdatum: 21.07.2023

O:\Konformitätserklärungen\2 Wasser und Puffer\NaOH\29177 NaOH 1 N, HD-PE Flaschen, M 43933 Tu.docx

ACILA AG Verwaltung & Vertrieb Headquarter & Sales Rudolf-Diesel-Strasse 32 a D 64331 Weiterstadt Vorstand: Mustafa Mentès Amtsgericht Darmstadt: HRB 54830	ACILA AG Produktion & Labor Production & Contract Laboratory Opelstrasse 14 D 64546 Mörfelden-Walldorf Ust-ID: DE111632765 St.-Nr. 07 228 05535	Bankverbindungen: Postbank: 632 402 468 (BLZ 440 100 46) IBAN:DE90 44010 04606 32402 468 BIC: PBNKDEFF Volksbank Darmstadt-Süd Hessen EG IBAN: DE41 5089 0000 BIC: GENODEF1VBD
---	---	--