

**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**  
**Certificate of conformity**

Datum / date:	2025-06-02
Produkt / product:	<b>Schafblut, heparinisiert mit 10 I.E./ml</b> <b>Sheep blood heparinized with 10 IU/ml</b>
Volumen / volume:	10 mL ... 1.000 mL
Artikelnr. / product no.:	2132005 ... 2132132
Ch.-B. / lot no.:	29806

Hiermit bestätigen wir, dass das oben genannte Produkt unseren Spezifikationen entspricht und zur Verwendung als Prüfanschmutzung gemäß ISO 15883 geeignet ist.

We hereby confirm that the above product meets our specifications and is suitable for use as a test soil according to ISO 15883.

<b>Ursprung der Tiere</b> <b>origin of animals</b>	Deutschland Germany
<b>Antikoagulans</b> <b>anticoagulant</b>	Heparinlösung aus Heparin Natriumsalz und isotonischer Kochsalzlösung heparin solution made from heparin sodium salt and isotonic saline solution
<b>Blutgewinnung</b> <b>bleeding</b>	Aseptische Blutgewinnung durch Punktion der vena jugularis gesunder Tiere mit sterilen Einmalbestecken aseptic bleeding by puncture of the vena jugularis of healthy animals with sterile medical devices
<b>Weiterverarbeitung</b> <b>Processing</b>	Aseptische Weiterverarbeitung aseptic processing
<b>Hämatokrit (Hct)</b> <b>Hematocrit (Hct)</b>	Ergebnis: 29,1 % result: 29,1 %
<b>Hämoglobingehalt (Hb)</b> <b>hemoglobin content (Hb)</b>	Ergebnis: 9,9 g/dL result: 9,9 g/dL

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.  
The document has been generated electronically and is valid without a signature.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Das Zertifikat darf auszugsweise nicht ohne schriftliche Genehmigung der ACILA AG vervielfältigt werden.

The test results refer exclusively to the items tested. The certificate must not be copied partially without the approval of ACILA AG.

13. Konformitätserklärung || Revisionsdatum: 03.02.2025

O:\Konformitätserklärungen\7 Blute\hep. Blute\29806 Schafblut hep 10 IE Ur.docx