



Opelstr. 14

D-64546 Mörfelden-Walldorf Telefon: +49-(0)6105-9301-0 Telefax: +49-(0)6105-9301-15 E-Mail: info@acila.com Internet: www.acila.com

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG CERTIFICATE of CONFORMITY

Datum / date:	2025-08-25
Product / product:	Schafblut in ALSERVER-Lösung Sheep Blood in ALSERVER's Solution
Artikelnr. / product no.:	Volumen / volume
21040-0010	10 ml
21040-0050	50 ml
21040-0100	100 ml
ChB. / lot no.:	29879
Datum der Blutgewinnung / bleeding date:	2025-08-18

Hiermit bestätigen wir, dass das o.g. Produkt mit unseren Spezifikationen übereinstimmt. We hereby certify, that the above mentioned product is in conformity with our specifications.

Ursprung der Tiere / origine of animals	Schafherde eines Schäfers bei Worms. Die Tiere werden als Blutspender behandelt und stehen unter veterinärmedizinischer Aufsicht.
	Flock of sheep of a shepherd near the city of Worms. The animals are treated as blood donors and are under veterinary control of national health authorities
Blutgewinnung / bleeding	Aseptische Blutgewinnung durch Punktion der vena jugularis gesunder Tiere mit sterilen Einmalbestecken. Direktspende des Vollbluts in Auffangflaschen mit vorgelegter ALSEVER-Lösung. / Aseptic bleeding by puncture of the vena jugularis of healthy animals with sterile medical devices. Direct donation of whole blood in collection bottles with ALSEVER solution.
Weiterverarbeitung / Processing	Aseptische Weiterverarbeitung. Abfüllung in sterile Gefäße / Aseptic processing. Suspending in sterile containers
Sterilität / Sterility	Zeitlich begrenzte Sterilteste / time limited sterility testing: steril / sterile
Hämatokrit (Hct)	Ergebnis: 17,0 % (indirekte Bestimmung über den Hämoglobingehalt)
Hematocrit (Hct)	result: 17,0 % (indirect determination via hemoglobin content)

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und gilt ohne Unterschrift The document has been generated electronically and is valid without a signature

BIC: HELADEF1GRG

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Das Zertifikat darf auszugsweise nicht ohne schriftliche Genehmigung der ACILA AG vervielfältigt werden.

The test results refer exclusively to the items tested. The certificate must not be copied partially without the approval of ACILA AG.

^{13.} Konformitätserklärung || Revisionsdatum: 03.02.2025

O:\Konformitätserklärungen\7 Blute\SB in Alsever\29879 Schafblut in ALSEVER Ur.doc