

**ZERTIFIKAT
 CERTIFICATE**

Datum / date:	2026-04-30
Produkt / product:	LPS <i>Escherichia coli</i> O55:B5 1 µg/Fläschchen/vial lyophilisiert / lyophilized
Artikel-Nr./Order no.:	1230355
Ch.-B. / lot no.:	30110
Verfall / expiry date:	2031-03-31
Eingangsnr./registration no.:	M 49164

Endotoxin

Prüfverfahren /
test method : Kinetisch-turbidimetrisch LAL-Test /
kinetic-turbidimetric LAL-test
- Ph. Eur. 2.6.14 Method C
- USP <85>

Endotoxingehalt /
content of endotoxin : **1,4 X 10⁴ I.E. (EU; E.E.;I.U.)/Gefäß/vial**
(± 50%)

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und gilt ohne Unterschrift
 The document has been generated electronically and is valid without a signature.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Das Zertifikat darf auszugsweise nicht ohne schriftliche Genehmigung der ACILA AG vervielfältigt werden.

The test results refer exclusively to the items tested. The certificate must not be copied partially without the approval of ACILA AG.

13. Konformitätserklärung || Revisionsdatum: 06.05.2025

\\10.43.55.5\FIRMADATA\ZERT-ZENTRUM\Konformitätserklärungen\3 Endotoxine\30110 E. coli 1 µg\ M 49164.docx