

Opelstr. 14
 D-64546 Mörfelden-Walldorf
 Telefon: +49-(0)6105-9301-0
 Telefax: +49-(0)6105-9301-15
 E-Mail: info@acila.com
 Internet: www.acila.com

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Datum / date:	2026-05-19
Produkt / product:	LPS <i>Escherichia coli</i> O55:B5 2,0 mg/Fläschchen/vial
Artikel-Nr./Order no.:	1230320
Ch.-B. / lot no.:	30127
Verfall / expiry date:	2030-03-31
Eingangsnr./registration no.:	M 49248

Endotoxin

Prüfverfahren /
test method : Kinetisch-turbidimetrisch LAL-Test /
kinetic-turbidimetric LAL-test
- Ph. Eur. 2.6.14, Method C
- USP <85>

**Endotoxingehalt /
content of endotoxin** : **2,1 X 10⁷ I.E. (EU; E.E.;I.U.)/Gefäß/vial**
(± 50%)

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und gilt ohne Unterschrift
 The document has been generated electronically and is valid without a signature.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Das Zertifikat darf auszugsweise nicht ohne schriftliche Genehmigung der ACILA AG vervielfältigt werden.

The test results refer exclusively to the items tested. The certificate must not be copied partially without the approval of ACILA AG.

13. Konformitätserklärung || Revisionsdatum: 19.05.2026

\\Acmo-baseserv\firmadata\ZERT-ZENTRUM\Konformitätserklärungen\3 Endotoxine\30127 E. coli 2mg M 49248 Tu.docx

ACILA AG
Opelstr. 14
64546 Mörfelden-Walldorf

Vorstand: Mustafa Mentès
Amtsgericht Darmstadt: HRB 54830
USt-IdNr.: DE111632765

Kreissparkasse Groß-Gerau
IBAN: DE57 5085 2553 0016 1514 74
BIC: HELADEF1GRG