ACILA AG

Opelstr. 14
D-64546 Mörfelden-Walldorf
Telefon: +49-(0)6105-9301-0
Telefax: +49-(0)6105-9301-15
E-Mail: info@acila.com
Internet: www.acila.com

ZERTIFIKAT
CERTIFICATE

Datum / date:	2026-10-23
Produkt / product:	**PYROCERT** **LPS *E. coli O55:B5*** 1,0 mg/Fläschchen/vial Lyophilisiert/lyophilized
Artikel-Nr./Order no.:	1230315
Ch.-B. / lot no.:	30273
Verfall / expiry date:	2029-09-30
Eingangsnr./registration no.:	M 50032

Endotoxin

Prüfverfahren / test method	:	Kinetisch-turbidimetrisch LAL-Test / kinetic-turbidimetric LAL-test - Ph. Eur. 2.6.14 Method C - Ph. Eur. 2.6.14 Mehood D - USP <85>
Endotoxingehalt / content of endotoxin	:	**8,55 X 10^6 I.E. (EU; E.E.;I.U.)/Gefäß/vial (± 50%)**

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und gilt ohne Unterschrift
The document has been generated electronically and is valid without a signature.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Das Zertifikat darf auszugsweise nicht ohne schriftliche Genehmigung der ACILA AG vervielfältigt werden.
The test results refer exclusively to the items tested. The certificate must not be copied partially without the approval of ACILA AG.

ACILA AG
Opelstr. 14
64546 Mörfelden-Walldorf

Vorstand: Mustafa Mentes
Amtsgericht Darmstadt: HRB 54830
USt-IdNr.: DE111632765

Kreissparkasse Groß-Gerau
IBAN: DE57 5085 2553 0016 1514 74
BIC: HELADEF1GRG